

ООО «Квазар»

450076, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 23
kvazar91@yandex.ru (347) 251-75-15, 251-56-60, 250-79-28

СЕРТИФИКАТ

калибровки № ____/____-____-____

Действительно до
« ____ » _____ 2017 г.

Наименование изделия

Искатель ИПИ-2000Г

Заводской номер

№150501

Дата поступления на калибровку

« ____ » _____ 2016 г.

Наименование и адрес заказчика

ООО "Тираспольтрансгаз-
Приднестровье"
г. Тирасполь, ул. Свердлова, 49,
ИНН 0200041035

Место проведения калибровки

ООО "Квазар" 450076,
Респ. Башкортостан, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, 23

Дата проведения калибровки

« ____ » _____ 2016 г.

Методика проведения калибровки

ТУ 4433-036-12719185-2012

Результаты проведения калибровки

Искатель признан годным к
эксплуатации. Результаты
контроля параметров на
оборотной стороне сертификата.

Регулирующий

_____/Хренников В.В./

Должность, Ф.И.О. лица,

утверждающего Сертификат

Директор _____/Жолобов Ю.С./

Оттиск калибровочного клейма



КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ:

ГЕНЕРАТОР

Параметр	Значение по паспорту	Значение по факту
Частота сигнала на выходе генератора, Гц	975±1 5025±5	
Генератор обеспечивает модуляцию выходного напряжения сигнальной частоты импульсами с регулируемым периодом повторения, с	от 0.5 до 2	
Максимальная импульсная мощность (в фазе генерации напряжения) на омической нагрузке генератора при напряжении питания 12 В, Вт, не менее	75	
Выходное напряжение генератора регулируется ступенями с дискретностью не более 6 дБ, В при напряжении источника питания, В	от 5 В (± 20%) до 150 В (± 20%) 12	
Напряжение питания генератора, В	10 ÷ 16	
Габаритные размеры генератора, мм, не более	140x80x200	
Масса генератора, кг, не более	2	

ПРИЕМНИК

Параметр	Значение по паспорту	Значение по факту
Искатель измеряет уровень напряжения постоянного тока или среднеквадратичного значения первой гармоники на фиксированных частотах, Гц	100±1 1000±10	
Искатель имеет одну дополнительную настраиваемую с шагом 10 Гц частоту в диапазоне, Гц	от 250 до 1990	
Добротность селективного усилителя искателя при работе на переменном токе на всех частотах не менее	15	
Искатель на переменном токе производит измерения на восьми диапазонах, мкВ Все диапазоны расположены с шагом, дБ (четыре раза)	от 97 до 1 600 000 12	
Входное сопротивление на всех рабочих частотах не менее, МОм	1	
На постоянном токе измерения проводятся на шести диапазонах с верхними пределами, мкВ	от 2 440 до 2 500 000	
Время установления показаний по уровню 90% для всех измерений не более, с.	0,3	

Максимальное число запомненных измерений	4000	
--	------	--

Регулировщик

_____ /Хренников В.В./